

ОБҐРУНТУВАННЯ

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство “Консультативно — діагностичний центр” Голосіївського району м. Києва

Місцезнаходження: 03039, м. Київ, Голосіївський район, проспект Голосіївський, 59-А

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 25695724

Категорія: відповідно до п.3 ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» в новій редакції від 19.04.2020 р.

Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 – 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Ендоскопічна іригаційна помпа, код НК 024:2023 – 36023 Помпа для ендоскопічного зрошення/аспірації; Ножичі гнучкі №1, код НК 024:2023 – 35326 Гнучкі ендоскопічні ножичі багаторазові; Ножичі гнучкі №2, код НК 024:2023 – 35326 Гнучкі ендоскопічні ножичі багаторазові; Щипці біопсійні гнучкі, код НК 024:2023 – 38810 Гнучкі ендоскопічні біопсійні щипці багаторазового використання; Щипці для захоплення зубчасті чашоподібні гнучкі, код НК 024:2023 – 35524 Гнучкі ендоскопічні захватні щипці багаторазові)

Вид закупівлі: відкриті торги (з особливостями)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-04-15-010915-a

Обґрунтування технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості закупівлі: здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (дані в електронній системі закупівель прозого, а також використано інформацію отриману шляхом проведених усних ринкових консультацій та отриманих цінових пропозицій). Очікувана вартість закупівлі становить 112685,00 гривень з ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Комунального некомерційного підприємства “Консультативно — діагностичний центр” Голосіївського району м. Києва та норм чинного законодавства.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ до Ендоскопічної іригаційної помпи

Найменування	Вимоги	Відповідність
Механізм подачі рідини	роликовий	
Подача рідини із заданою швидкістю	наявність	
Автоматичне підкачування рідини для підтримування встановленого тиску у порожнині органу	наявність	
Швидкість подачі рідини	не гірше 100-1000 мл/хв	
Діапазон тиску	не гірше 5-400 мм рт. ст.	
Доступні одиниці вимірювання тиску	в наявності: мм рт. ст., кПа	
Охолоджувальний вентилятор	наявність	
Вага приладу	не більше 9 кг	
Рівень шуму	не більше 50 дБ	

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до Ножиць гнучких №1

Найменування	Вимоги	Відповідність
Діаметр	5 Fr	
Робоча довжина	410 мм	

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до Ножиць гнучких №2

Найменування	Вимоги	Відповідність
Діаметр	2,4 мм	
Робоча довжина	410 мм	

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до Щипців біопсійних гнучких

Найменування	Вимоги	Відповідність
Діаметр	5 Fr	
Робоча довжина	580 мм	

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до Щипців для захоплення зубчастих чашоподібних гнучких

Найменування	Вимоги	Відповідність
Діаметр	5 Fr	
Робоча довжина	410 мм	