

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі та очікуваної вартості закупівлі

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство “Консультативно — діагностичний центр” Голосіївського району м. Києва

Місцезнаходження: 03039, м. Київ, Голосіївський район, проспект Голосіївський, 59-А

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 25695724

Категорія: відповідно до п.3 ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» в новій редакції від 19.04.2020 р.

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (33168100-6 – Ендоскопи), код НК 024:2023 17663- Гнучкий відеогастроскоп, код НК 031:2024 Z12020506-ГАСТРОСКОПИ

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-29-010743-a

Обґрунтування технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості закупівлі: здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель прозого, а також використано інформацію отриману шляхом проведених усних ринкових консультацій та запитом комерційних пропозицій). Очікувана вартість закупівлі становить 1 700 000,00 гривень з ПДВ.

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Комунального некомерційного підприємства “Консультативно — діагностичний центр” Голосіївського району м. Києва та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації.

Медико-технічні вимоги

Опис та назва вимог / Характеристика	Вимоги щодо характеристики / параметрів
Призначений для спостереження, діагностики та ендоскопічного лікування верхніх відділів ШКТ	Відповідність
Напрямок огляду	прямий
Глибина різкості, мм	Не гірше ніж 2-100
Кут поля зору, градусів	Не гірше 140
Діаметр інструментального каналу, мм	Не менше ніж 2,8
Діаметр дистального кінця, мм	Не більше ніж 9,2
Діаметр гнучкої частини, мм	Не більше ніж 9,3
Кути вигину дистального кінця, градусів	Не менше ніж 210 вгору, 90 вниз, 100 вправо, 100 вліво
Довжина робочої частини, мм	Не менше 1100
Можливість проведення ендоскопічних обстежень у вузькому діапазоні частот світла	Наявність
Канал для додаткової подачі води	Наявність
Відеогастроскоп повинен бути сумісним з процесором Fujifilm EP-6000	Відповідність