

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі та очікуваної вартості закупівлі

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство “Консультативно — діагностичний центр” Голосіївського району м. Києва
Місцезнаходження: 03039, м. Київ, Голосіївський район, проспект Голосіївський, 59-А
Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 25695724
Категорія: відповідно до п.3 ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» в новій редакції від 19.04.2020 р.
Предмет закупівлі: код ДК 021:2015 – 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Датчик мікроконвексний внутрішньопорожнинний для акушерсько-гінекологічних і урологічних досліджень; НК 024:2023-40768-Давач системи екстракорпоральної ультразвукової візуалізації, ручний; код НК 031:2024 - Z1104018099 МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І СУПУТНІ АКСЕСУАРИ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ УЛЬТРАЗВУКОВІ СКАНЕРИ – АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ – ІНШЕ)
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-12-05-017198-a

Обґрунтування технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості закупівлі: здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель прозого, а також використано інформацію отриману шляхом проведених усних ринкових консультацій та запитом комерційних пропозицій).
Очікувана вартість закупівлі становить 570 000,00 гривень з ПДВ.

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Комунального некомерційного підприємства “Консультативно — діагностичний центр” Голосіївського району м. Києва та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації.

I. Медико - технічна специфікація на закупівлю

№ п/п	Опис вимог	Вимога, щодо наявності функції або величини параметру
1	Лінійний мультичастотний, ширококутовий високої щільності датчик для поверхневих органів та структур, периферичних судин: • Діапазон частот, МГц, не менше • Кількість елементів, не менше • Зміна кута сканування, град, не менше Сумісність до апарату Versana	Наявність 4.0-13.0 128 10 ° Наявність

2	Секторний фазований мультичастотний датчик для транскраніальних досліджень та кардіології • Діапазон частот, МГц, не вужче • Кількість елементів, не менше • Кут сканування, град, не менше • Глибина сканування, не менше Сумісність до апарату Versana	Наявність
		1,3 – 4.0
		64
		120
		Наявність