

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі та очікуваної вартості закупівлі

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство “Консультативно — діагностичний центр” Голосіївського району м. Києва

Місцезнаходження: 03039, м. Київ, Голосіївський район, проспект Голосіївський, 59-А

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 25695724

Категорія: відповідно до п.3 ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» в новій редакції від 19.04.2020 р.

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання клініко-діагностичної лабораторії)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-05-07-005261-а

Обґрунтування технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості закупівлі: здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель прозогого, а також використано інформацію отриману шляхом проведених усних ринкових консультацій та запитом комерційних пропозицій).

Очікувана вартість закупівлі становить 182 000,00 гривень з ПДВ.

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Комунального некомерційного підприємства “Консультативно — діагностичний центр” Голосіївського району м. Києва та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації.

№	Найменування послуги	Кількість
1	Заміна та адаптація освітлювального пристрою аналізатору BioChem FC 200	2
2	Заміна та адаптація дозуючого пристрою аналізатору BioChem FC 200	1
3	Заміна комплекту дозуючих трубок та адаптація аналізатору MicroCC-20 Plus	3
4	Налаштування та калібрування вимірювальних каналів коагулометра TS-4000	1
5	Діагностика та промивка мікропланшетної мийки ImmunoChem-2600	2
6	Діагностика, ремонт та адаптація пристрою подачі зразків аналізатору Personal LAB	1
7	Діагностика та промивка аналізатору Nipro HP-AFS/1	1
8	Діагностика та промивка аналізатору Mindray BA-88A	1
9	Діагностика та промивка аналізатору Microlab 200	1
10	Діагностика та налаштування двигуна центрифуги CM-6M	1
11	Діагностика, ремонт системи терморегулювання та налаштування термостату TC-1/80СПУ	1