

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі та очікуваної вартості закупівлі

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство “Консультативно — діагностичний центр” Голосіївського району м. Києва

Місцезнаходження: 03039, м. Київ, Голосіївський район, проспект Голосіївський, 59-А

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 25695724

Категорія: відповідно до п.3 ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» в новій редакції від 19.04.2020 р.

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015: ДК 021:2015 – 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуга з повірки теплолічильника S10H (CBTU-10M))

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-22-001131-a

Обґрунтування технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості закупівлі: здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель прозого, а також використано інформацію отриману шляхом проведених усних ринкових консультацій та запитом комерційних пропозицій).

Очікувана вартість закупівлі становить 47380,00 гривень з ПДВ.

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Комунального некомерційного підприємства “Консультативно — діагностичний центр” Голосіївського району м. Києва та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації

№	Найменування послуги	Одиниця виміру	Повна характеристика приладу	Кількість
1	Повірка теплолічильника S10H (CBTU-10M)	послуга	Тип приладу: теплолічильник ультразвуковий Виробник: СЕМПАЛ, м. Київ Заводський номер: 24888 Дата попередньої повірки: 20.06.2022 Наступна повірка: 20.06.2026 Основні параметри: - діаметр умовного проходу (DN): 15-150 мм (залежно від модифікації); - температура теплоносія: від 5⁰ С до 150 - різниця температур (Δt): 3-145⁰ С; - робочий тиск: до 1,6 МПа; - клас точності: 2; - живлення: вбудована літієва батарея; - термін роботи батареї: 6-10 років; - інтерфейс передачі даних: M-Bus/імпульсний вихід у деяких модифікаціях. Періодичність повірки: 1 раз на чотири роки.	1